1. Modalità d'uso e manutenzione

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	SENIOR RESIDENCE **ELETTROCARDIOGRAFO**	Cod. MAN - 07 Rev. 00 Pagina 1 di 1

1. Modalità d'uso e manutenzione

1.1 Manuale d'uso

- il manuale d'uso dell'Elettrocardiografo deve essere sempre a bordo del carrello
- copia del manuale d'uso è custodita:
  - nel dossier "attrezzature ambulatorio" sistemato nell'armadio aperto del locale infermeria
  - nel dossier "Istruzioni, manuali d'uso e Manutenzioni" presso la reception

1.2 Controlli periodici

- l'elettrocardiografo deve essere testato, con frequenza mensile, entro il giorno 05 di ogni mese, come da istruzioni allegate

1.3 Responsabilità

- Infermiera professionale Capo Sala

7 Manutenzione

7.1 Autotest

Eseguire periodicamente la procedura di autotest Utente che permette di effettuare una verifica funzionale del display, della tastiera, del sistema scrivente, e della memoria. E' inoltre possibile stampare le informazioni identificative del proprio apparecchio.

In presenza di messaggi di errore, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato CARDIETTE®, che interverrà eliminando le cause di malfunzionamento.

L'accesso al menu autotest avviene dal menu "Strumenti" -> "Autotest" -> "Utente". Prima di avviare la procedura di autotest verificare la presenza della carta.

- per selezionare il tipo di verifica da eseguire.
- per iniziare il test.
- I test disponibili:
  - Display: verifica dei pixel del display. La presenza di aree vuote rileva un mal funzionamento del display.
  - Tastiera: a display viene simulata la posizione dei singoli tasti. Premendo un tasto la corrispondente area del display viene evidenziata in riverse. La mancanza di causa – effetto rileva mal funzionamento del tasto.
  - Stampante: vengono stampate due onde triangolari, i caratteri disponibili in memoria, segnali con diverse velocità e sensibilità. Anomalie del sistema di stampa sono riscontrabili in presenza di tratti non continui.
  - Memoria: viene stampato un messaggio relativo allo stato della memoria.
  - Info. Vengono stampate le seguenti informazioni: identificativo modello, numero di serie apparecchio, dettagli sui software implementati, versione e codice della lingua.

Attenzione: *non eseguire l'autotest di servizio senza la presenza di personale tecnico qualificato.*

Piano di Autotest 2019

data	firma

Per emissione La Direzione Sanitaria	Per verifica e controllo La Direzione Generale

Senior Residence s.r.l.
Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it