

STRUMENTI DI MISURA e TARATURE

sem.		A mese previsto per la taratura	dismessi	codice	man 08
A	B		AB data di effett. taratura	Revisione	01
C	D		CD n° certificato taratura	pag.	

[illegible]

STRUMENTI DI MISURA e TARATURE

sem.		A mese previsto per la taratura	dismessi	codice	man 08	
A	B			AB data di effett. taratura	Revisione	01
C	D				CD n° certificato taratura	pag.

[illegible]

STRUMENTI DI MISURA e TARATURE

sem.		A mese previsto per la taratura	dismessi		codice	man 08
A	B		AB data di effett. taratura		Revisione	01
C	D		CD n° certificato taratura		pag.	

Cod. strum. M n°	Descrizione	Nome / Costruttore	Rif. MAN_09 Scheda n°	Rif. MAN_05	Matricola	Primario	Second	Indicativo	frequenza	Ubica- zione	Data	2010		2011		2012		2013	
									taratura		In eserc.	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
						P	S	I			Dismesso	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.
55	Termometro ambientale sala hall soggiorno	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 148	nov 2014								
56	Termometro ambientale nucleo 100	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 100	nov 2014								
57	Termometro ambientale nucleo 150	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 150	nov 2014								
58	Termometro ambientale nucleo 200	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 200	nov 2014								
59	Termometro ambientale nucleo 250	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 250	nov 2014								
60	Termometro ambientale nucleo 300	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 300	nov 2014								
61	Termometro ambientale nucleo 350	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 350	nov 2014								
63	Termometro ambientale nucleo 400	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 400	nov 2014								
64	Termometro ambientale nucleo 450	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 450	nov 2014								
65	Termometro ambientale sala 248	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru- mento bordo macchina	Locale 248	nov 2014								
66	Termometro ambientale	C.F.						X	Non soggetto in quanto stru-	Locale	2014								

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino											 SENIOR RESIDENCE											sem.				A mese previsto per la taratura				dismessi				codice man 08							
STRUMENTI DI MISURA e TARATURE																						A		B		AB data di effett. taratura				CD n° certificato taratura				Revisione				01			
																						C		D										pag.							
Cod. strum. M n°	Descrizione	Nome / Costruttore	Rif. MAN_09 Scheda n°	Rif. MAN_05	Matricola	Primario P	Second S	Indicativo I	frequenza	Ubica- zione	Data	2010				2011				2012				2013																	
									taratura		In eserc.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.																						
											Dismesso																														
93	a bracciale	Kawe	15		A63			X	to per misure indicative	153														absa																	
94	Sfigmomanometro aneroide a bracciale	Mastermed Kawe	15		A64			X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	lug-10								16/01/12					6/9																	
																			absa			absa																			
95	Pulsiossimetro digitale	DIMED	16		A65			X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	lug-10																														
96	Pulsiossimetro digitale	DIMED	16		A66			X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	lug-10																														
97	Pulsiossimetro digitale	DIMED	16		A67			X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	lug-10																														
98	Pulsiossimetro digitale	DIMED	16		A68			X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	set-10																														
99	Pulsiossimetro digitale	ENVITEC PulsiQuant 8040	16		A69			X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	set-10					23/09/10																									
																	B 219																								
dal 1/1/11 gli strumenti di misura non sono più associati all'elenco macchine di cui al MAN_09																																									
100	Glucometro	Accu-Check	17				X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	gen-11							12/09/11																							
											gen-12								n° 19+21																						
101	Sfigmomanometro aneroide a bracciale	Mastermed	15					X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	mar-11								16/01/12					11/11/13																	
																			absa			absa																			
102	Sfigmomanometro aneroide a bracciale	Mastermed	15					X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	mar-11																														
103	Sfigmomanometro aneroide a bracciale	Mastermed	15					X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	mar-11																														

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino  SENIOR RESIDENCE												sem.		A mese previsto per la taratura		dismessi		AB data di effett. taratura		CD n° certificato taratura		codice	man 08
STRUMENTI DI MISURA e TARATURE												A	B									Revisione	01
												C	D									pag.	
Cod. strum. M n°	Descrizione	Nome / Costruttore	Rif. MAN_09 Scheda n°	Rif. MAN_05	Matricola	Primario P	Second S	Indicativo I	frequenza	Ubica- zione	Data	2010		2011		2012		2013					
									taratura		In eserc.	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
											Dismesso	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.
103	a bracciale	Mastermed	15					X	to per misure indicative	153													
104	Sfigmomanometro aneroide a bracciale	Mastermed	15					X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	mar-11												
105	Pulsiossimetro digitale SAT 200	Intermed	16					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	giu-11												
106	Pulsiossimetro digitale SAT 200	Intermed	16					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	giu-11 dic-11												
107	Pulsiossimetro digitale SAT 200	Intermed	16					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	giu-11												
108	Pulsiossimetro digitale Palmcare	Medical Econet	17					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	giu-11												
109	Pulsiossimetro digitale Palmcare	Medical Econet	17					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	giu-11												
110	Sfigmomanometro aneroide da polso	Logiko	14		A60			X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	giu-11				09/09/11							11/11/13	
															n° 18							absa	
111	Glucometro	Accu-check Mobile			54119		X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	lug-11				20/10/11	n°29, 30	n° 36, 38						
															n°20+ 21	n°23, 24	n° 40,						
112	Glucometro	Accu-check Mobile			16026		X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	lug-11					n° 27, 29	n° 32,	n° 45, 47					
																n°23, 24	n° 41,						
113	Glucometro	Accu-check Mobile			74408		X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	lug-11					n° 22, 24	n° 32,	n° 46,48					
																n° 25, 28							

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino  SENIOR RESIDENCE												sem.		A mese previsto per la taratura AB data di effett. taratura CD n° certificato taratura				codice		man 08							
STRUMENTI DI MISURA e TARATURE												A	B					Revisione		01							
												C	D					pag.									
Cod. strum. M n°	Descrizione	Nome / Costruttore	Rif. MAN_09 Scheda n°	Rif. MAN_05	Matricola	Primario	Second	Indicativo	frequenza	Ubica- zione	Data	2010				2011				2012				2013			
									taratura			In eserc.	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°							
						P	S	I				Dismesso	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.	sem.							
114	Glucometro	Accu-check Mobile			74405		X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	lug-11									n° 33,		n° 44, 46		n° 51, 54			
																				n° 41,							
115	Glucometro	Accu-check Mobile			75771		X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	lug-11							n° 22, 26	n° 34, 35	n° 43, 45	n° 50, 53						
																		n° 28, 31	n° 37, 39								
	Defibrillatore Powerhearth	Cardiac Science Corporation									lug-12																
116	Sfigmomanometro aneroide a bracciale	Mastermed Ca-mi	15					X	Non soggetto in quanto strumento per misure indicative	Locale 153	dic-12													6/9/13			
																								absa			
117	Pulsiossimetro digitale SAT 200	Intermed	16					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	gen-13																
118	Pulsiossimetro digitale SAT 200	Intermed	16					X	Non soggetto in quanto strumento bordo macchina	Locale 153	gen-13																
119	Glucometro	Accu-check Mobile			75776		X		periodico Cambio Striscia	Locale 153	ago-13									n° 33,				n° 49,			
																				n° 41,							