



SENIOR RESIDENCE

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino**RAPPORTO DI NON CONFORMITA'**

Cod RGQ 02

Rev. 00

Pagina 1 di 1

RAPPORTO NON CONFORMITA' n° 17/07 Servizio di manutenzione☐ RICEVIMENTO MATERIALI/PRODOTTI

Riferim.

☒ EROGAZIONE SERVIZI

Riferim.

Verifica ispettiva interna rapporto n. 04 del
27/11/07**DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA':**

Sul frigorifero M16 presente nel locale infermeria la data dell'ultima taratura, indicata sullo strumento, non corrisponde con la documentazione cartacea archiviata.

DATA 27/11/07

FIRMA

DECISIONE ADOTTATA PER LA SOLUZIONE DELLA N.C.:

Segnalazione al manutentore di correggere il cartellino identificativo con la data esatta della taratura, come indicata sul rapporto

**SI RICHIEDE L'EMISSIONE
DI AZIONE CORRETTIVA**☐ SI ☒ NO

NOTIFICATA A: Senior Residence

IL 27 novembre 2007

DATA

RESPONSABILE QUALITÀ

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it